

AED-Betreiber-Checkliste 2026/2027

Für Unternehmen, Vereine, Kommunen und Einrichtungen mit Laien-Defibrillator (AED)

Das gilt nach § 12 Abs. 2 MPBetreibV (Fassung 2025)

Sicherheitstechnische Kontrollen (STK) können bei Laien-AED entfallen, wenn das Gerät sich selbst testet und der Betreiber regelmäßig eine Sichtprüfung macht. Ab dem 1. Januar 2027 müssen neu in Betrieb genommene Laien-AED zusätzlich ihre Selbsttests dokumentieren und automatisch per Fernüberwachung an den Betreiber melden. Nach einem fehlgeschlagenen Selbsttest ist die Funktion unverzüglich wiederherzustellen. Ohne diese Voraussetzungen: STK spätestens alle zwei Jahre.

1. Gerät und Rechtsrahmen

- ☐ Inbetriebnahmedatum je Gerät notiert (entscheidet über die 2027-Regel)
- ☐ Selbsttest-Funktion bestätigt (Gebrauchsanweisung)
- ☐ Ab 2027 neu: Fernüberwachung eingerichtet, Meldungen gehen an eine verantwortliche Person
- ☐ Entscheidung dokumentiert: STK entfällt / STK alle zwei Jahre (Termin: _____)

2. Sichtprüfung und Verbrauchsteile

- ☐ Zuständige Person und Vertretung benannt: _____
- ☐ Rhythmus der Sichtprüfung festgelegt (z. B. monatlich) und Prüfprotokoll angelegt
- ☐ Statusanzeige „einsatzbereit“ wird bei jeder Prüfung kontrolliert
- ☐ Ablaufdatum Elektroden: _____ Ablaufdatum Batterie: _____
- ☐ Ablauf bei fehlgeschlagenem Selbsttest geregelt (wer tauscht, wer bestellt)
- ☐ Nach jedem Einsatz: Elektroden ersetzen, Gerät prüfen lassen, nachbestücken

3. Standort und Auffindbarkeit

- ☐ Standort gut sichtbar, im Notfall in wenigen Minuten erreichbar
- ☐ Kennzeichnung mit dem AED-Rettungszeichen nach ISO 7010 (E010), Nasenschild im Flur
- ☐ Zugänglichkeit und Zeiten festgelegt (24/7, Öffnungszeiten, nur intern)
- ☐ AED registriert (z. B. OpenStreetMap, Defikataster, Leitstelle/Landkreis)
- ☐ Für öffentlich zugängliche Geräte: Daten zu Funktion, Standort, Zugänglichkeit über den Hersteller abrufbar (§ 12 Abs. 2 Satz 4)

4. Menschen und Notfallablauf

- ☐ Einweisung der vorgesehenen Anwender organisiert und dokumentiert
- ☐ Erste-Hilfe-Kräfte kennen Kinderfunktion und Pad-Position bei Kindern < 25 kg
- ☐ Notfall-Aushang am Gerät: 112, Herzdruckmassage, AED holen
- ☐ Beatmungshilfe (Beatmungstuch oder Maske mit Ventil) am Gerät
- ☐ Hinweis auf Ersthelfer-App der Region an interessierte Mitarbeitende

Weiterlesen: steinbach-gaukel.de/ratgeber/aed-fernueberwachung-mpbetreibv-2027.html · [/aed-pruefprotokoll.html](#)